

RELATÓRIO DE ANÁLISE – FICHAS TÉCNICAS – 8ª FASE (REPROVADO)
Licitação: Pregão Eletrônico n.º 62/2023
Objeto: Aquisição de insumos hospitalares e soluções parenterais

A Secretaria Municipal de Saúde procedeu com análise da amostra do item 34 – Cateter Venoso Central enviado pela empresa MACMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA, marca NOVOCENT PRO e, conforme relatório médico em anexo, o mesmo foi **REPROVADO**

Atenciosamente,

Assinado Eletronicamente
Janice Nadal
Diretora Geral da Saúde

Guaratuba, 03 de julho de 2024

Assunto: Avaliação do cateter duplo lúmem

Conforme solicitação da Diretora do Pronto Socorro a análise da amostra para uso durante atendimento do cateter duplo lúmem.

Eu Marco Artur Reinhold, médico concursado pela Prefeitura Municipal de Guaratuba e Plantonista responsável pela Sala de Emergência na data de 03/07/2024 onde foi apresentado o cateter duplo lúmem para teste e pude comprovar que o mesmo apresenta alguns pontos falhos o que dificulta a técnica bem como; dificuldade para retirar a tampa do fio guia, também a progressão do mesmo apresenta dificuldade e após a inserção do cateter na pele a fixação secundária " macho-fêmea " não tem abertura posterior o que teria que passar antes de canalizar o cateter na veia apresentando atraso na inserção do mesmo além da dificuldade da técnica, no caso não coloquei o dispositivo pois ainda não conhecia o material e com isso tive que fazer uma fixação no cateter com uma bailarina conforme foto em anexo.

Particularmente desaprovo o uso desse material.


Atenciosamente


Marco Artur Reinhold

CRM 15.313-Pr



Marco Artur Reinhold
Medicina Esportiva
15.313-PR








Documento: 1729/2024 - PE 62_23 - Item 34 - Reprovado.pdf

Data: 05/07/2024 09:59:26

Assinatura avançada realizada por: JANICE MÁRCIA DOS SANTOS NADAL em 05/07/2024 14:35:36.



A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://guaratubaprscp.equipiano.com.br:5009/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/entidade/9> com o código 97934a91-f2b8-4fa0-b7c7-a6b67886963f